

KURZBESCHREIBUNG

Prüfgerät für die normenkonforme Stückprüfung von Leuchten

DIN EN IEC 60598-1 VDE 0711-1:2022-03

Leuchten

Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Prüfungen (IEC 60598-1:2020);

Deutsche Fassung EN IEC 60598-1:2021

PRODUKTDDETAILS

GEHÄUSE	Kleingehäuse		
MATERIAL	Aluminium		
FARBE	lichtgrau		
MAßE	230 x 230.5 x 89 mm (Länge x Breite x Höhe)		
MESSMITTEL	Messleitung 2 m	Prüfspitze	
SCHNITTSTELLE	RS232 oder USB 2.0		
NETZANSCHLUSS	230 V \pm 10 % 50Hz	TN-System 1-phasig	
LEISTUNGS-AUFNAHME	max. 2,4 kW		

MESSUNGEN

MESSUNG	BEDINGUNG	MESSBEREICH	GENAUIGKEIT
Schutzleiterwiderstand AC- Messung	mind. 10 A Leerlaufspannung <12 V	0 – 500 m Ω	\pm 1 % vom Endwert
Isolationswiderstand	>500 V DC	0 – 7 M Ω	\pm 1 % vom Endwert
Hochspannungsprüfung	> \pm 2.250 V DC		
Funktionsprüfung	über separates Prüfnetz		
Kurzschlusserkennung	R >9 Ω Prüfnetz wird eingeschaltet		